

Revisione 00



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



QUADRIPODE A BASE STRETTA AD-12

Lotto di produzione **0901**

Codice nomenclatore: **12.03.18.003**



Dispositivo medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE

Revisione 00



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



QUADRIPODE A BASE STRETTA AD-12

Lotto di produzione **0901**

Codice nomenclatore: **12.03.18.003**



Dispositivo medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE

Avvertenze

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Descrizione ed indicazioni

Quadripode a base stretta con regolazione in altezza a 10 differenti livelli ed impugnatura ergonomica. Ausilio per la deambulazione.

Materiali componenti

Impugnatura: polipropilene
Parte superiore della struttura: alluminio anodizzato
Parte inferiore e base d'appoggio: acciaio cromato
Puntali: gomma antiscivolo

Dati tecnici

Regolazione in altezza: **73,5-96,5 cm**
Dimensioni della base: **15,5 x 21,5 cm**
Portata: **114 kg**

Precauzioni

Prima dell'utilizzo, verificare sempre l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata ed il corretto fissaggio della ghiera a vite. Controllare, inoltre, la stabilità del dispositivo.

Regolazione dell'altezza



Allentare la ghiera a vite ed esercitare una leggera pressione sulla spina di bloccaggio.

Allungare o accorciare il dispositivo fino all'altezza desiderata.



Assicurarsi dell'avvenuto bloccaggio controllando che la spina sia centrata nel foro della misura desiderata.

Serrare nuovamente la ghiera a vite.

Pulizia e manutenzione

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma antiscivolo.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non si applica a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

Avvertenze

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Descrizione ed indicazioni

Quadripode a base stretta con regolazione in altezza a 10 differenti livelli ed impugnatura ergonomica. Ausilio per la deambulazione.

Materiali componenti

Impugnatura: polipropilene
Parte superiore della struttura: alluminio anodizzato
Parte inferiore e base d'appoggio: acciaio cromato
Puntali: gomma antiscivolo

Dati tecnici

Regolazione in altezza: **73,5-96,5 cm**
Dimensioni della base: **15,5 x 21,5 cm**
Portata: **114 kg**

Precauzioni

Prima dell'utilizzo, verificare sempre l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata ed il corretto fissaggio della ghiera a vite. Controllare, inoltre, la stabilità del dispositivo.

Regolazione dell'altezza



Allentare la ghiera a vite ed esercitare una leggera pressione sulla spina di bloccaggio.

Allungare o accorciare il dispositivo fino all'altezza desiderata.



Assicurarsi dell'avvenuto bloccaggio controllando che la spina sia centrata nel foro della misura desiderata.

Serrare nuovamente la ghiera a vite.

Pulizia e manutenzione

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma antiscivolo.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non si applica a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.