genuFIT®20

PR3-G1120

Ginocchiera apribile
in tessuto AirX
con aste articolate

Leggere attentamente
e per intero
le seguenti istruzioni.

Prodotto realizzato
in AirX

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo Oeko-Tex Standard 100
Test-No. 6234-8601 DTI Denmark

9DCFG007201TA04.0512

CARATTERISTICHE

Tasche in materiale flessibile fissa-aste e passa-cinghie
Inserto popliteo in Soft-X® per un maggior comfort
Foro rotuleo

Sistema di chiusura brevettato Flex-O® con fibbia snodata
e flettente, e cinghie di stabilizzazione

Aste articolate policentriche

Apertura frontale con linguette di chiusura a velcro

Struttura in tessuto AirX™ traspirante: non nocivo, non citotossico,
latex free

INDICAZIONI

Gonartrosi o postumi
dei traumi distorsivi con residua
instabilità dei collaterali
(ginocchio non operabile)

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

MANUTENZIONE

Sfilare le aste articolate (fig.I nelle modalità di applicazione).

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo
né alcuna sua componente.

RO+TEN s.r.l.
Sede operativa e amministrativa:
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com - info@roplusten.com
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio

Stare
meglio
fa bene

ROPTEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. Aprire tutti i velcri richiudendoli provvisoriamente su loro stessi.

2. Avvolgere il tutore attorno al ginocchio, con l'etichetta arancione rivolta verso l'alto, centrando l'apertura sulla rotula e chiudere i velcri di posizionamento sopra e sotto il ginocchio (fig.A).

Se necessario, togliere la ginocchiera, sfilare le aste dalle tasche (fig.I) e modellarle (fig.II) per adattarle alla forma della gamba.

Quindi reinfilare le aste nelle tasche e applicare nuovamente la ginocchiera.



3. Infilare i due terminali ad Y della cinghia superiore nella corrispondente fibbia, tirare simmetricamente con le due mani e fissare a velcro (fig.B).
Ripetere l'operazione con la cinghia inferiore (fig.C).

Se necessario, accorciare le cinghie:

a). Togliere i velcri ad Y all'estremità della cinghia (fig.III).
b). Tagliare la parte sovrabbondante di cinghia (fig.IV).
c). Riapplicare i velcri ad Y (fig.III).

APPLICAZIONI SUCCESSIVE

1. Aprire tutti i velcri richiudendoli provvisoriamente su loro stessi.

2. Avvolgere il tutore attorno al ginocchio, con l'etichetta arancione rivolta verso l'alto, centrando l'apertura sulla rotula e chiudere i velcri di posizionamento sopra e sotto il ginocchio (fig.A).

3. Infilare i due terminali ad Y della cinghia superiore nella corrispondente fibbia, tirare simmetricamente con le due mani e fissare a velcro (fig.B).
Ripetere l'operazione con la cinghia inferiore (fig.C).

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazionio qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management