

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>ASPIRATORE CHIRURGICO INTERMED 90</p>	<p>Rev 01 Maggio 2010</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Codice CND: Z120105

Progressivo di registrazione: 54580

Descrizione

Intermed 90 è un aspiratore chirurgico destinato ad uso medico ad alimentazione elettrica 230V da utilizzarsi per l'aspirazione di liquidi corporei (come ad esempio muco, catarro e sangue). Munito di quattro ruote antistatiche, due delle quali con dispositivo frenante, e maniglia di trascinamento. Il dispositivo è progettato per offrire facilità di trasporto e impiego continuo. Grazie a queste caratteristiche ed alle prestazioni di cui è dotato, risulta particolarmente adatto per l'utilizzo in corsia ospedaliera, su tracheotomizzati e per applicazioni chirurgiche. Realizzato con un corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità con alle normative di sicurezza europee di recente approvazione. Fornito di due vasi in policarbonato completi sterilizzabili con valvola di troppo pieno. Dotato di regolatore di aspirazione e vuotamento posto sul pannello frontale.

Controindicazioni ed avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.
L'utilizzo del dispositivo è riservato a personale qualificato.
Non smontare mai l'apparecchio.
Per qualsiasi intervento contattare il servizio assistenza tecnica Intermed.
Comunque, non utilizzare senza flacone e senza filtro di protezione.

Pulizia dell'apparecchio

Per una corretta procedura di pulizia e controllo delle parti costituenti e degli accessori, leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.
In ogni caso, non lavare, sterilizzare o autoclavare mai il filtro antibatterico.

Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento ai sensi della Direttiva 2002/96/EC

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici ovvero riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente in ragione di uno ad uno. La raccolta differenziata per il successivo avvio dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento eco-compatibile contribuisce ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ASPIRATORE CHIRURGICO INTERMED 90

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230V - 50Hz
Potenza assorbita	300 VA
Fusibile	F1 x 4A 250v
Iso 10079-1	High vacuum /Low flow
Aspirazione massima	-0.90 Bar
Flusso massimo di aspirazione	90 l/min
Peso	20 kg
Dimensioni	460 x 610 (h) x 435 mm
Funzionamento	Continuo
Accessori standard	Set tubi 8 x 14 mm
	Connettore per sonde
	Filtro antibatterico
	Vaso di aspirazione completo 2000cc
Accessori su richiesta	Vaso di aspirazione completo 4000cc
	Comando a pedale
	Deviatore di flusso
	Sistema di raccolta monouso
Apparecchio di classe II (doppio isolamento di sicurezza)	
Apparecchio di tipo B (apparecchio avente uno specifico grado di protezione contro i pericoli elettrici)	
Norme applicabili	
Standard di sicurezza elettrica EN 60601-1	
Requisiti di sicurezza per aspiratori azionati elettricamente UNI EN ISO 10079-1	
Compatibilità elettromagnetica EN 60601-1-2	
L'apparecchio è un dispositivo medico di classe II conforme alla Direttiva 93/42/CEE	

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore CA.MI snc