

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Rev. 03 – 06.03.2013

Modulo **STD**

**DRV25x, DRV22x** | Manici per laringoscopi in acciaio inox

*Destinazione d'uso*

Dispositivo per intubazione tracheale

**Caratteristiche principali**

Manici per laringoscopi in acciaio inox. Luce convenzionale o a fibre ottiche. Manico grande o piccolo

**Immagine prodotto**



*Piccolo L.C.*



*Grande L.C.*



*Piccolo F.O.*



*Grande F.O.*

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

**Fabbricante ai sensi 93/42** | *MORETTI SPA*

**Paese di produzione** | *PAKISTAN*

**Classe di dispositivo 93/42** | *Classe I*

**Codice di classificazione GMDN** | *46827*

**Codice di classificazione CND** | *Z12021080*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Luminosità Luce convenzionale** | *3000 LUX*

**Luminosità Fibre Ottiche** | *5000 LUX*

**Cicli di sterilizzazione garantiti** | *100*

**MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE**

**Composizione** | *Acciaio inox*

**VARIANTI**

**DRV251 – Piccolo F.O.** | **DRV252 – Grande F.O.**

**DRV227 – Piccolo L.C.** | **DRV228 – Grande L.C.**