

Rev. 01
Aprile 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

9603.08.XXX

Stetofonendoscopio per
auscultazione negli adulti

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
9603.08.000	Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia modello ALTO II – Nero
9603.08.008	Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia modello ALTO II – Verde
9603.08.016	Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia modello ALTO II – Burgundy
9603.08.017	Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia modello ALTO II – Blu

Indicazioni	
Produttore	FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG
CND	C9005
Repertorio	98123 /R
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Stetofonendoscopio per l'auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano. Modello indicato per la diagnostica cardiaca e vascolare mediante la campana piccola e la diagnostica polmonare mediante la campana grande.

Descrizione

Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia, membrana dal diametro di 45 mm e campana di 30 mm con anello antifreddo, archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella con olive auricolari in gomma e tubo in PVC; latex free.

Nella confezione sono comprese olive morbide e rigide e membrana di ricambio.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza lira:	62 cm
-----------------	-------

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Diametro membrana:	45 mm – campana da 30 mm
Tipo olive:	Morbide ad avvitamento

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142