



MOPEDIA

MA RP6XX 01 A_02-2014

**ROLLATORS IN ACCIAIO
MANUALE DI ISTRUZIONI**

**STEEL ROLLATORS
INSTRUCTION MANUAL**

INDICE

1. CODICI	pag.3
2. INTRODUZIONE	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	pag.3
5. AVVERTENZE	pag.4
5.1 Avvertenze generali	pag.4
5.2 Avvertenze per l'uso	pag.4
5.3 Avvertenze stabilità.....	pag.4
5.4 Avvertenze per il montaggio	pag.5
6. PRIMA DI OGNI USO	pag.5
8. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	pag.5
8.1 Prima del montaggio.....	pag.5
8.2 Apertura del rollator.....	pag.5
8.3 Montaggio maniglie di spinta	pag.5
8.4 Regolazione dell'altezza delle maniglie	pag.5
8.5 Chiusura del rollator	pag.6
8.6 Vassoio (solo per RP685B e RP690B/R)	pag.6
8.7 Cestino portaoggetti (solo per RP685B - RP690B/R - RP691).....	pag.6
8.8 Borsa portaoggetti (solo per RP685B).....	pag.6
8.9 Sedile (solo per RP680-RP687-RP690B/RP691)	pag.6
9. MODALITÀ DI UTILIZZO	pag.7
10. FRENI	pag.7
10.1 Utilizzo del freno	pag.7
10.2 Blocco del freno (freno di stazionamento)	pag.7
10.3 Per sbloccare le ruote	pag.7
11. MANUTENZIONE	pag.7
12. PULIZIA	pag.7
13. CURA DELLE RUOTE	pag.7
14. CARATTERISTICHE TECNICHE	pag.8
15. PARTI DI RICAMBIO/ACCESSORI	pag.9
16. GARANZIA	pag.9
16.1 Riparazioni.....	pag.9
16.2 Ricambi	pag.10
16.3 Clausole esonerative	pag.10

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42
e successive modifiche

1. Codici

RP675	Rollator in acciaio 2 ruote senza sedile POSEIDON
RP680	Rollator in acciaio 2 ruote con sedile ZEUS
RP685B	Rollator in acciaio 3 ruote blu CRYO
RP687	Rollator in acciaio 3 ruote blu con sedile SELENE
RP690B	Rollator in acciaio 4 ruote blu DYONE
RP690R	Rollator in acciaio 4 ruote rosso DYONE
RP691	Rollator in acciaio 4 ruote con appoggio antibrachiale ERA

2. Introduzione

Grazie per aver scelto il rollator **MOPEDIA** by MORETTI S.p.A. realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento sia dentro che fuori casa, durante il viaggio o nelle semplici attività giornaliere. La produzione risponde ai requisiti dettati dalle vigenti disposizioni europee sui dispositivi medici (93/42/CEE).

Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il rollator. In caso di dubbi la preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Nota Controllare che tutte le parti del rollator non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

3. Destinazione d'uso

Questo rollator è destinato a persone con difficoltà motorie e può essere utilizzato come ausilio per facilitare la deambulazione. Il rollator fornisce una maggiore stabilità, sostegno e sicurezza durante la marcia. In ogni caso, non può essere usato da persone con una funzionalità della mano e/o del braccio visibilmente debole e da persone con problemi di equilibrio.

Il rollator può essere usato sia all'esterno che all'interno. Si consiglia l'uso solamente su superfici sulle quali tutte le ruote toccano per terra. Non deve essere usato su terreno roccioso o su piani inclinati perché il rollator può risultare instabile.

L'apparecchio non è concepito per il trasporto di persone o altro materiale.

ATTENZIONE!



E' vietato l'utilizzo del seguente prodotto per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale. La MORETTI S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

4. Dichiarazione di conformità CE

La MORETTI S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa MORETTI S.p.A. e facente parte della famiglia rollators è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. A tal scopo

la MORETTI S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I° della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII° della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.
6. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla MORETTI S.p.A.
7. MORETTI S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

5. Avvertenze

5.1 Avvertenze generali

- NON installare o utilizzare il prodotto prima di leggere e comprendere questo manuale di istruzioni. Se non si è in grado di comprendere le avvertenze, precauzioni e le istruzioni, rivolgersi ad un operatore sanitario, ad un rivenditore o a personale tecnico prima di tentare di installare il prodotto evitando danni o lesioni personali;
- Il rollator deve essere utilizzato solo da pazienti con un'adatta capacità motoria che ne garantisca l'uso senza rischi;
- Consultare il proprio medico o terapista per determinare l'adeguatezza del prodotto, la giusta regolazione e il corretto utilizzo del rollator;
- Il proprio medico o il terapista dovrebbero contribuire alla regolazione in altezza del rollator per il massimo sostegno, per la corretta attivazione del freno, per il corretto montaggio in generale;
- I rollators non sono destinati ad essere utilizzati ad autospinta;

5.2 Avvertenze per l'uso

1. Assicurarsi sempre che il cavo dei freni sia fissato correttamente.
2. Verificare sempre il corretto funzionamento del freno dopo ogni regolazione in altezza per evitare una flessione libera ed eccessiva del cavo.
3. Il mancato rispetto di queste semplici avvertenze può provocare lesioni personali.
4. Il rollator può essere usato solo su una superficie solida e piatta. Non usare il rollator per salire le scale!
5. Appoggiarsi sempre su entrambi i manubri per mantenere l'equilibrio.
6. Prestare particolare attenzione alle superfici bagnate, ghiacciate o innevate.
7. Non caricare troppo il rollator.
8. Non utilizzare il sedile del rollator (dove presente) per trasportare cose o persone; il sedile è destinato alla seduta dell'utilizzatore con freno di stazionamento inserito;
9. Tutte le ruote devono essere a contatto con il pavimento in qualsiasi momento durante l'uso per garantire il corretto bilanciamento del rollator e la massima sicurezza.
10. Il freno di stazionamento deve essere inserito prima di utilizzare il sedile.

N.B Quando si usa il rollator in una posizione di fermo, il freno di stazionamento deve essere bloccato

5.3 Avvertenze stabilità

- Il rollator fornisce assistenza ad un individuo di peso fino a 136 kg, compreso il carico della borsa.

- La borsa/cestino hanno un limite di peso di 5 kg. Non sovraccaricare per evitare sbilanciamenti e rischi di ribaltamento.

5.4 Avvertenze per il montaggio

- Dopo aver montato o dopo aver aperto il rollator, assicurarsi che il sostegno del sedile sia bloccato su entrambi i lati e verificare che il dispositivo di sicurezza sia fissato nella posizione corretta.
- Verificare che entrambi i tubi di supporto delle maniglie siano inseriti correttamente nella struttura e fissati con le manopole di bloccaggio bloccati nel supporto principale con relativi galletti e manopole senza movimenti.
- Non appendere niente al telaio del rollator per evitare la distorsione dei tubi e per evitare di pregiudicarne la stabilità.
- Fare attenzione ad intrappolamento di dita e/o vestiario durante la fase di apertura e chiusura

6. Prima di ogni uso

Prima di utilizzare il dispositivo verificare sempre:

- Che tutte le parti del rollator siano bloccate in modo sicuro;
- Controllare che tutte le viti siano ben strette;
- Assicurarsi che la seduta sia bloccata correttamente (se così non fosse, premere ulteriormente con forza la seduta in basso verso il telaio);
- Controllare che il dispositivo di bloccaggio della seduta sia correttamente inserito;
- Controllare il corretto funzionamento del freno normale e del freno di stazionamento;

8. Istruzioni di montaggio

8.1 Prima del montaggio

Sballare il prodotto e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto. Nel caso in cui il rollator sia danneggiato, si prega di contattare il rivenditore più vicino.

8.2 Apertura del rollator

Modelli RP675-RP680- RP690B/R - RP691

Aprire il rollator tirando la parte anteriore facendo leva sulle gambe posteriori.

Modelli RP685B-RP687

Aprire la struttura del rollator e spingere la barra di rinforzo posizionata nella parte anteriore verso il basso.

8.3 Montaggio maniglie di spinta

Inserire i tubi delle maniglie nella struttura.

Girare le manopole di bloccaggio finchè non risultano bloccate. Il foro esagonale serve per alloggiare la testa della vite.

8.4 Regolazione dell'altezza delle maniglie

Regolare l'altezza delle maniglie utilizzando le manopole laterali.

Svitare la manopola, posizionare la maniglie all'altezza desiderata, girare la manopola in senso orario per fissarla di nuovo e stringere bene. Ripetere l'operazione per l'altra maniglia e assicurarsi che entrambe le maniglie siano posizionate alla stessa altezza.

**ATTENZIONE!**

Fare attenzione che il manubrio sia in linea con la direzione di movimento del rollator. Se il manubrio non rimane dritto, c'è il rischio che il rollator si ribalti o perda di stabilità, specialmente se viene spinto con più forza.

8.5 Chiusura del rollator

Modelli RP675-RP680- RP690B/R - RP691

Fare leva sulle barre laterali e portare indietro la parte anteriore del rollator.

Modelli RP685B-RP687

Togliere il vassoio, il cestino, la borsa, tirare la leva di rinforzo verso l'interno e piegare il rollator.

8.6 Vassoio (solo per RP685B e RP690B/R)

Il vassoio serve solo per appoggiare piccoli oggetti.

**ATTENZIONE!**

Non appoggiare oggetti roventi, pesanti oppure taglienti sul vassoio. Per fissare il vassoio alla struttura, inserire i supporti che si trovano sul retro del vassoio negli appositi fori presenti sul sedile.

8.7 Cestino portaoggetti (solo per RP685B - RP690B/R - RP691)

Il cestino portaoggetti è appeso tramite due ganci alla struttura del rollator.

**ATTENZIONE!**

Usare il cestino solo per piccoli oggetti. Non sovraccaricare, il cestino per evitare sbilanciamenti e rischi di ribaltamento.

8.8 Borsa portaoggetti (solo per RP685B)

La borsa portaoggetti è agganciata alla struttura del rollator tramite delle clips.

**ATTENZIONE!**

Portata massima della borsa 5 kg. Non sovraccaricare, la borsa per evitare sbilanciamenti e rischi di ribaltamento.

8.9 Sedile (solo per RP680-RP687-RP690B/RP691)

Prima di sedersi posizionare il rollator su una superficie piatta e solida quindi bloccare i freni. Assicurarsi che il fermo del bloccaggio sia fissato bene e che il rollator sia in una posizione stabile.

**ATTENZIONE!**

Mettersi a sedere distribuendo il peso su tutto il sedile. Non sedersi spingendo solo su un lato

9. Modalità di utilizzo

- Iniziare a spingere quando si è in posizione eretta con entrambe le mani sulle impugnature;
- Assicurarci di avere le mani asciutte prima di usare il rollator per evitare rischi di scivolamento;
- Camminare mantenendo la posizione eretta con lo sguardo rivolta in avanti e non in basso;
- Non spingere il rollator troppo lontano dal corpo, ciò potrebbe causare cadute e carichi inadeguati;
- Non utilizzare il rollator per superare gradini superiori a 20mm;
- Durante l'utilizzo all'esterno, prediligere i marciapiedi adeguatamente predisposti secondo le normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

10. Freni

Il buon funzionamento dei freni dipende dall'usura e dallo sporco accumulato sulle ruote. Verificare la condizione dei freni e delle ruote prima di ogni utilizzo.

10.1 Utilizzo del freno

Per frenare il rollator tirare le leve dei freni con le dita verso l'alto fino a quando il rollator rallenta o si ferma. Per continuare a muovere il rollator, rilasciare le maniglie del freno.

10.2 Blocco del freno (freno di stazionamento)

Premere verso il basso le leve dei freni con il palmo della mano, quando si sente "click" le ruote sono bloccate. Sollevare le maniglie del freno sbloccandola dalla posizione di stop.



ATTENZIONE!

Quando l'utilizzatore è fermo i freni devono essere bloccati

10.3 Per sbloccare le ruote

Tirare su tutte e due leve dei freni finché non si sbloccano.

11. Manutenzione

I dispositivi della linea **MOPEDIA** by Moretti S.p.A. al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro rollator. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

La vita utile del prodotto dipende dall'utilizzo, dalla manutenzione, dallo stoccaggio e dalla pulizia.

12. Pulizia

Per la pulizia delle parti utilizzare esclusivamente un panno umido con detergenti neutri. Non utilizzare detergenti contenenti solventi e spazzole metalliche o oggetti abrasivi o appuntiti, potrebbero danneggiare il prodotto.

13. Cura delle ruote

1. Pulire le ruote con acqua tiepida e detersivo neutro. Asciugare con un panno pulito.
2. Lubrificare periodicamente le ruote.

14. Caratteristiche tecniche

Serie POSEIDON - ZEUS

Codici prodotto	RP675				RP680					
Seduta	Senza seduta				37x24,5 cm					
Struttura	Acciaio									

Dimensioni e pesi

										
RP675	61	78	-	61	38,5	24	6	15	-	136
RP680		88	48							

Serie CRYO

Codice prodotto	RP685B - Blu									
Seduta	Senza seduta									
Struttura	Acciaio									

Dimensioni e pesi

									
RP685B	56	81	66	33	28	7,3	20	20	136
		96							

Serie SELENE

Codice prodotto	RP687									
Seduta	42x28 cm									
Struttura	Acciaio									

Dimensioni e pesi

										
RP687	58,5	82	50	58	33	25	6,5	20	20	136
		99								

Serie DYONE

Codici prodotto	RP690B				RP690R					
Colore	Blu				Rosso					
Seduta	38x16 cm									
Struttura	Acciaio									

Dimensioni e pesi

										
RP690B	64	75	61	60	44	31	10	20	20	136
RP690R		98								

Serie ERA										
Codice prodotto	RP691									
Seduta	38x16 cm									
Struttura	Acciaio									
Dimensioni e pesi										
RP691	64	75 98	61	60	44	31	10	20	20	136

15. Parti di ricambio/accessori

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento al catalogo master Moretti S.p.A.

16. Garanzia

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

16.1 Riparazioni

Riparazione in garanzia: Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia: Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Prodotti non difettosi: Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto

restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

16.2 Ricambi

I ricambi originali MORETTI sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

16.3 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

INDICE

1. CODES	pag.12
2. INTRODUCTION	pag.12
3. INTENDED USE	pag.12
4. DECLARATION OF CONFORMITY EC	pag.12
5. WARNINGS	pag.13
5.1 General warnings	pag.13
5.2 Warnings for use.....	pag.13
5.3 Stability warnings.....	pag.13
5.4 Assembling warnings.....	pag.13
6. BEFORE USE	pag.13
7. ASSEMBLING INSTRUCTION	pag.14
7.1 Before assembling the product	pag.14
8. ASSEMBLY	pag.14
8.1 Open the rollator	pag.14
8.2 Folding the rollator	pag.14
8.3 Adjustment of the handles	pag.14
8.4 Tray (only for RP685B and RP690B/R).....	pag.14
8.5 Basket (for RP685B - RP690B/R - RP691).....	pag.14
8.6 Bag (only for RP685B).....	pag.15
8.7 Seat (only for RP680-RP687-RP690B/RP691).....	pag.15
8.8 Brakes	pag.15
9. HOW TO USE	pag.15
10. CARE E MAINTANANCE	pag.15
11. CLEANING	pag.16
12. WHEEL CARE	pag.16
13. TECHNICAL FEATURES	pag.16
14. SPARE PARTS / ACCESSORIES	pag.17
15. WARRANTY	pag.17
15.1 Repairing.....	pag.18
15.2 Spare parts.....	pag.18
15.3 Exempt clauses	pag.18

I Class Medical Device according to directive 93/42/EEC
and subsequent amendments

1. Codes

RP675	2-wheel steel rollator without seat POSEIDON
RP680	2-wheel steel rollator with seat ZEUS
RP685B	3-wheel steel rollator CRYO
RP687	3-wheel steel rollator with seat SELENE
RP690B	4-wheel steel rollator - blue color DYONE
RP690R	4-wheel steel rollator - red color DYONE
RP691	4-wheel steel rollator with antibrachium rest ERA

2. Introduction

Thank you for purchasing the rollator, **MOPEDIA** by MORETTI S.p.A., realized to help people with movement difficulty inward and outward, during voyages or in everyday life. The production has been made according to the highest quality and safety standards in accordance with European Directive on Medical devices (93/42/EEC).

This instruction manual gives you suggestion for a correct use and for your safety. We recommend you to read carefully this instruction manual before using. In case of doubts, please contact your dealer.

Note: Check all parts to verify it won't be any shipping damage. In case of shipping damages, do not use. Contact the dealer for further instructions.

3. Intended use

This rollator fit for people with movement problems. Can be used as assistance to facilitate ambulation or even servo-assisted ambulatory. Anyway, it can't be used by people with evident malfunction of the hand or the arm, even by people with balance problems. The rollator can be used inward and outward. We recommend using on flat surface where the wheels can reach the land. It can't be used on rock ground or on slanted area as the rollator can be unstable. The device is not intended to carry people or things.

WARNING!



Do not use the product for a purpose not indicated in this manual. Moretti Spa declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product. The manufacturer can modify the device or the instruction manual without prior notification.

4. Declaration of conformity

Moretti S.p.A. declare under sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A. and belonging to rollator range are in accordance with the European Directive on Medical devices (93/42/EEC). Moretti S.p.A. guarantees and declared under sole responsibility what follow:

1. The devices under discussion satisfy the essential requisites requested by the 1° enclosure directive 93/42/CEE as laid down by the VII° enclosure of the above mentioned Directive.
2. The devices under discussion ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
3. The devices under discussion ARE NOT MADE FOR CLINICAL PROBES.

4. The devices under discussion are traded with NON STERILE BOX.
5. The devices under discussion belong to class I^o.
6. IT IS NOT ALLOWED to use and install devices except for the use provided by Moretti S.p.A. Moretti S.p.A. places technical documentation at relevant authorities in order to prove the conformity of 92/42/EEC device.
7. Moretti S.p.A maintains and provides for authorities, the technical documentation proving the accordance to European Directive on Medical devices (93/42/EEC).

5. Warnings

5.1 General warnings

- Do NOT install or use the device before reading and understanding this manual; If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional dealer or technical personnel before attempting to install this equipment to avoid injure or damage;
- The rollator should only be used by patients with a suitable motor capacity which ensures their use without risks;
- Advise with physician or therapist to determinate the correct adjustment and the correct use;
- Physician or therapist should contribute to height adjustment for the maximum support, for a correct brake activation and for a general assembly;
- The rollators are not intended to be used as self-propelled devices.

5.2 Warnings for use

- Insure the brake cable to be correctly set;
- Verify the correct operation of the brake after every height adjustment to avoid a free flexion of the cable;
- Breaking this simple rules can cause personal damages;
- The rollator can be used only on a hard, flat surface. Do not use the rollator to climb the stairs
- Leaning always on both dumbbells to maintain balance;
- Pay particular attention to wet, icy or snowy;
- Do not overload the rollator;
- Do not use the rollator seat (where present) to carry persons or property, the seat is for the user's session with the parking brake engaged;
- All wheels must be in contact with the floor at any time during use to ensure the proper balancing of the rollator and maximum safety;
- The brake must be engaged before using the seat.

Note When the rollator is used in steady position, the handbrake must be locked

5.3 Stability warnings

- The rollator can provide ambulatory assistance to an individual weighing up to 136 kg, INCLUDING the loading bag;
- The rollator bag has a weight limitation of 5 kg.

5.4 Assembling & folding warnings

- Verify that both handle support tubes are correctly inserted in the frame and secured with locking knobs locked into the holder with its main wing nuts and knobs without movement;
- Both handle tubes are securely locked in the main support part with wing nuts and knobs without any movements;

- Do not hang anything on the rollator frame to avoid distortions of the tubes when the rollator is open and damage the stability. Injury may also be caused by distortions;
- Take care to entrapment of fingers and / or clothing during the opening and closing.

6. Before use

Before using the device, always check:

1. That all parts of the rollator are locked in a secure manner;
2. Check that all screws are tight;
3. Make sure that the seat is properly locked
(if that 'not press further with the power seat bottom frame);
4. Check that the locking of the seat is correctly inserted;
5. Check the correct operation of the brake and the regular brake.

7. Assembling instruction

7.1 Before assembling the product

Unpack the product and check that no damage has occurred during shipping. In the event when the rollator is damaged, please contact your nearest dealer.

8. Assembly

8.1 Open the rollator

RP675-RP680-RP690B/R-RP691

Open the rollator pulling the front part of the frame by leveraging on the legs

RP685B-RP687

Open the rollator frame and push the reinforcement bar in the front part down.

Place the handle tubes in the frame. Turn the locking knobs until they are locked. The hexagonal hole is needed to accommodate the screw head.

8.2 Folding the rollator

RP675-RP680- RP690B/R - RP691

Make lever on the lateral bars and bring back the front of the rollator.

RP685B-RP687

Remove the tray, basket, bag, pull the lever reinforced inwards and fold the rollator.

8.3 Adjustment of the handles

Adjust the height of the handles using the side knobs. Unscrew the knob, place the handles to the desired height, turn the knob clockwise to tighten and fasten it again. Repeat for the other handle and make sure that both handles are positioned at the same height.



WARNING! Make sure that the handle is in line with the direction of movement of the rollator. If the handle does not stay straight, there is a risk that the rollator wobbling or tipping over, especially if you push it harder

8.4 Tray (only for RP685B and RP690B/R)

The tray serves only to support small objects.



WARNING! Do not place hot objects, sharp or heavy on the tray.
To fix the tray to the frame, insert the support that are on the back of the tray in the corresponding slots on the seat.

8.5 Basket (for RP685B - RP690B/R - RP691)

The shopping basket is hung by two hooks to the rollator frame.



WARNING! Use the basket for small items only. Do not overload the basket to prevent imbalances and the risk of overturning

8.6 Bag (only for RP685B)

The bag is attached to the frame of the rollator through the clips.



WARNING! Maximum capacity for bag 5 kg. Use the bag for small items only. Do not overload the bag to prevent imbalances and the risk of overturning

8.7 Seat (only for RP680-RP687-RP690B/RP691)

Before sitting, place the rollator on a flat and solid surface and then lock the brakes. Make sure the brakes are securely locked and that the rollator is in a stable position.



WARNING! Sit down distributing your weight on the seat. Do not sit by pushing only on one side.

8.8 Brakes

To brake

To brake the rollator pull the brake lever with your fingers upwards until the rollator slows down or stops. To continue to move the rollator, release the brake handles.

To lock the wheels

Press down on the brake lever with the palm of your hand, when you hear a “click” wheels are locked.



WARNING! When the user is stationary, the brakes must be locked

To unlock the wheels

Pulling on both brake levers until they are unlocked

9. How to use

- Start pushing when you are in an upright position with both hands on the handle;

- Make sure your hands are dry before using the rollator to avoid the risk of slipping;
- Walking maintaining an upright position with his eyes facing forward and not down;
- Do not push the rollator too far away from the body, this may cause falls and loads inadequate;
- Do not use the rollator to overcome steps higher than 20mm;
- When using outdoors, prefer the sidewalks properly prepared in accordance regulations for the removal of architectural barriers;

10. Care and maintenance

The devices **MOPEDIA** by Moretti SpA on the market are carefully checked and carry the CE mark. For the safety of the patient and the doctor is recommended to be checked by the manufacturer or by an approved laboratory, at least every 2 years, the suitability for use of your rollator. If repairs are to be used only original spare parts and accessories.

The useful life of the product depends on the use, maintenance, storage and cleaning.

11. Cleaning

To clean parts, use only a damp cloth with a neutral detergent, not use cleaners containing solvents and metal brushes or abrasive or sharp objects, may damage the product.

12. Wheel care

1. Clean the wheels with warm water and mild detergent. Wipe dry with a clean cloth.
2. Periodically lubricate the wheels.

13. Technical features

Series POSEIDON - ZEUS										
Product codes	RP675						RP680			
Seat	Without seat						37x24,5 cm			
Frame	Steel									
Weight and dimensions										
										
RP675	61	78	-	61	38,5	24	6	15	-	136
RP680		88	48							
Series CRYO										
Product codes	RP685B - Blue									
Seat	Without seat									
Frame	Steel									
Weight and dimensions										
										
RP685B	56	81	66	33	28	7,3	20	20	136	
		96								

Series SELENE

Product codes	RP687									
Seat	42x28 cm									
Frame	Steel									

Weight and dimensions

RP687	58,5	82 99	50	58	33	25	6,5	20	20	136

Series DYONE

Product codes	RP690B					RP690R				
Colour	Blue					Red				
Seat	38x16 cm									
Frame	Steel									

Weight and dimensions

RP690B RP690R	64	75 98	61	60	44	31	10	20	20	136

Series ERA

Product codes	RP691									
Seat	38x16 cm									
Frame	Steel									

Weight and dimensions

RP691	64	75 98	61	60	44	31	10	20	20	136

14. Spare parts / accessories

For spare parts and accessories please refer to the Moretti S.p.A. master catalogue

15. Warranty

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty shall not be apply in the event damages caused by improper use, abuse or alteration, and for the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to.

The correct intended use is specified in this manual.

Moretti is not responsible of consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in relation with mistaken installation or with device improper use.

Moretti does not guarantee for damages caused by the following condition: natural disaster, not authorized maintenance or repairs, faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not covered by Moretti, improper use, alteration not authorized, shipment damages (different from original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual.

The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

15.1 Repairing

Warranty repair: If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will estimate with customer if the fault can be cover from warranty. Moretti, at its unquestionable discretion, could repair or replace the item, with a Moretti dealer or with own base. Labor cost can be in charge to Moretti if the repair is cover from warranty. A repair or a replacement doesn't extend the warranty.

Repair not cover from warranty: A product without warranty can be given back after Moretti authorization. The labor and shipping costs for a bath lift out of warranty are to be payed by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months as from the good received.

Non-defective device: The customer will be informed if, after the device return and examination, Moretti declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge will be to be payed by the customer.

15.2 Spare parts

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 months as from the receiving date.

15.3 Exempt clauses

Moretti doesn't offer any other declarations, warranty or conditions, explicit or implicit, including possible declarations, warranties or condition of merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in this warranty. Moretti doesn't guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit warranties which can be fixed by according to the law is limited by the warranty period, in the limits of law. Some states or countries don't allow to limit the implicit warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user. The present warranty may be modified without prior notification.



WARRANTY CERTIFICATE

Product _____

Purchasing date _____

Authorized dealer _____

Street _____ **Place** _____

Sold to _____

Street _____ **Place** _____



MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



Via Bruxelles, 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com