EASYRED®

COLLARE CEVICALE

FIRST AID COLLAR

MA RP820 01 A_11 2012

EASYRED

COLLARE CERVICALE EMERGENZA

MA EM420 01 A

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

CE

Codice EM420
Colore: ROSA

Il collare cervicale rigido MORETTI serve per immobilizzare la parte terminale del rachide in corrispondenza delle vertebre cervicali e ad alleviare la pressione sulla carotide. Il foro anteriore permette un facile accesso al collo per eventuale trachetomia. Il collare si compone di una struttura rigida in polietilene che supporta una struttura in EVA (etilvinilacetate) a cellule chiuse a contatto con il paziente. Le giunzioni sono assicurate da rivetti in nylon e il sistema di chiusura è ottenuto con l'impiego di strisce a strappo maschio/femmina tipo VELCRO. Il collare è radio trasparente.

MISURA: NEONATALE **PEZZI: 1**

USO: Applicare il collare della misura appropriata, secondo i protocolli in uso, verificando, come prassi, l'allineamento della colonna vertebrale. Terminata l'operazione irrigidire la struttura con la striscia di chiusura tipo VELCRO.

L'OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE ESPERTO. SE L'APPLICAZIONE DEL COLLARE NON È ESEGUITA CORRETTAMENTE SI POSSONO CAUSARE DANNI AL PAZIENTE. NELL'USO EVITARE IL CONTATTO DEL COLLARE CON LA CUTE LESA.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari. Dopo l'uso e la pulizia riporre nell'apposita custodia.
PULIZIA: Lavare con liquido battericida o con normale acqua e sapone. Pulire con molta cura per eliminare eventuali residui di sangue, grasso, ecc. Il materiale con cui è costituito il collare sopporta più lavaggi. Lasciare asciugare prima di riporre nella custodia.

Fabbricato da:

MORETTI
www.morettispa.com

EASYRED

COLLARE CERVICALE EMERGENZA

MA EM421 01 A

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

CE

Codice EM421
Colore: CELESTE

Il collare cervicale rigido MORETTI serve per immobilizzare la parte terminale del rachide in corrispondenza delle vertebre cervicali e ad alleviare la pressione sulla carotide. Il foro anteriore permette un facile accesso al collo per eventuale trachetomia. Il collare si compone di una struttura rigida in polietilene che supporta una struttura in EVA (etilvinilacetate) a cellule chiuse a contatto con il paziente. Le giunzioni sono assicurate da rivetti in nylon e il sistema di chiusura è ottenuto con l'impiego di strisce a strappo maschio/femmina tipo VELCRO. Il collare è radio trasparente.

MISURA: PEDIATRICO **PEZZI: 1**

USO: Applicare il collare della misura appropriata, secondo i protocolli in uso, verificando, come prassi, l'allineamento della colonna vertebrale. Terminata l'operazione irrigidire la struttura con la striscia di chiusura tipo VELCRO.

L'OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE ESPERTO. SE L'APPLICAZIONE DEL COLLARE NON È ESEGUITA CORRETTAMENTE SI POSSONO CAUSARE DANNI AL PAZIENTE. NELL'USO EVITARE IL CONTATTO DEL COLLARE CON LA CUTE LESA.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari. Dopo l'uso e la pulizia riporre nell'apposita custodia.
PULIZIA: Lavare con liquido battericida o con normale acqua e sapone. Pulire con molta cura per eliminare eventuali residui di sangue, grasso, ecc. Il materiale con cui è costituito il collare sopporta più lavaggi. Lasciare asciugare prima di riporre nella custodia.

Fabbricato da: MORETTI
www.morettispa.com

EASYRED

COLLARE CERVICALE EMERGENZA

MA EM422 01 A

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

CE

Codice EM422
Colore: GIALLO

Il collare cervicale rigido MORETTI serve per immobilizzare la parte terminale del rachide in corrispondenza delle vertebre cervicali e ad alleviare la pressione sulla carotide. Il foro anteriore permette un facile accesso al collo per eventuale trachetomia. Il collare si compone di una struttura rigida in polietilene che supporta una struttura in EVA (etilvinilacetate) a cellule chiuse a contatto con il paziente. Le giunzioni sono assicurate da rivetti in nylon e il sistema di chiusura è ottenuto con l'impiego di strisce a strappo maschio/femmina tipo VELCRO. Il collare è radio trasparente.

MISURA: ROBUSTO **PEZZI: 1**

USO: Applicare il collare della misura appropriata, secondo i protocolli in uso, verificando, come prassi, l'allineamento della colonna vertebrale. Terminata l'operazione irrigidire la struttura con la striscia di chiusura tipo VELCRO.

L'OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE ESPERTO. SE L'APPLICAZIONE DEL COLLARE NON È ESEGUITA CORRETTAMENTE SI POSSONO CAUSARE DANNI AL PAZIENTE. NELL'USO EVITARE IL CONTATTO DEL COLLARE CON LA CUTE LESA.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari. Dopo l'uso e la pulizia riporre nell'apposita custodia.
PULIZIA: Lavare con liquido battericida o con normale acqua e sapone. Pulire con molta cura per eliminare eventuali residui di sangue, grasso, ecc. Il materiale con cui è costituito il collare sopporta più lavaggi. Lasciare asciugare prima di riporre nella custodia.

Fabbricato da:

MORETTI
www.morettispa.com

EASYRED

COLLARE CERVICALE EMERGENZA

MA EM423 01 A

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

CE

Codice EM423
Colore: BLU

Il collare cervicale rigido MORETTI serve per immobilizzare la parte terminale del rachide in corrispondenza delle vertebre cervicali e ad alleviare la pressione sulla carotide. Il foro anteriore permette un facile accesso al collo per eventuale trachetomia. Il collare si compone di una struttura rigida in polietilene che supporta una struttura in EVA (etilvinilacetate) a cellule chiuse a contatto con il paziente. Le giunzioni sono assicurate da rivetti in nylon e il sistema di chiusura è ottenuto con l'impiego di strisce a strappo maschio/femmina tipo VELCRO. Il collare è radio trasparente.

MISURA: STANDARD **PEZZI: 1**

USO: Applicare il collare della misura appropriata, secondo i protocolli in uso, verificando, come prassi, l'allineamento della colonna vertebrale. Terminata l'operazione irrigidire la struttura con la striscia di chiusura tipo VELCRO.

L'OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE ESPERTO. SE L'APPLICAZIONE DEL COLLARE NON È ESEGUITA CORRETTAMENTE SI POSSONO CAUSARE DANNI AL PAZIENTE. NELL'USO EVITARE IL CONTATTO DEL COLLARE CON LA CUTE LESA.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari. Dopo l'uso e la pulizia riporre nell'apposita custodia.
PULIZIA: Lavare con liquido battericida o con normale acqua e sapone. Pulire con molta cura per eliminare eventuali residui di sangue, grasso, ecc. Il materiale con cui è costituito il collare sopporta più lavaggi. Lasciare asciugare prima di riporre nella custodia.

Fabbricato da:

MORETTI
www.morettispa.com

EASYRED

COLLARE CERVICALE EMERGENZA

MA EM424 01 A

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

CE

Codice EM424
Colore: ROSSO

Il collare cervicale rigido MORETTI serve per immobilizzare la parte terminale del rachide in corrispondenza delle vertebre cervicali e ad alleviare la pressione sulla carotide. Il foro anteriore permette un facile accesso al collo per eventuale trachetomia. Il collare si compone di una struttura rigida in polietilene che supporta una struttura in EVA (etilvinilacetate) a cellule chiuse a contatto con il paziente. Le giunzioni sono assicurate da rivetti in nylon e il sistema di chiusura è ottenuto con l'impiego di strisce a strappo maschio/femmina tipo VELCRO. Il collare è radio trasparente.

MISURA: MEDIA **PEZZI: 1**

USO: Applicare il collare della misura appropriata, secondo i protocolli in uso, verificando, come prassi, l'allineamento della colonna vertebrale. Terminata l'operazione irrigidire la struttura con la striscia di chiusura tipo VELCRO.

L'OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE ESPERTO. SE L'APPLICAZIONE DEL COLLARE NON È ESEGUITA CORRETTAMENTE SI POSSONO CAUSARE DANNI AL PAZIENTE. NELL'USO EVITARE IL CONTATTO DEL COLLARE CON LA CUTE LESA.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari. Dopo l'uso e la pulizia riporre nell'apposita custodia.
PULIZIA: Lavare con liquido battericida o con normale acqua e sapone. Pulire con molta cura per eliminare eventuali residui di sangue, grasso, ecc. Il materiale con cui è costituito il collare sopporta più lavaggi. Lasciare asciugare prima di riporre nella custodia.

Fabbricato da:

MORETTI
www.morettispa.com

EASYRED

COLLARE CERVICALE EMERGENZA

MA EM425 01 A

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

CE

Codice EM425
Colore: VERDE

Il collare cervicale rigido MORETTI serve per immobilizzare la parte terminale del rachide in corrispondenza delle vertebre cervicali e ad alleviare la pressione sulla carotide. Il foro anteriore permette un facile accesso al collo per eventuale trachetomia. Il collare si compone di una struttura rigida in polietilene che supporta una struttura in EVA (etilvinilacetate) a cellule chiuse a contatto con il paziente. Le giunzioni sono assicurate da rivetti in nylon e il sistema di chiusura è ottenuto con l'impiego di strisce a strappo maschio/femmina tipo VELCRO. Il collare è radio trasparente.

MISURA: GRANDE **PEZZI: 1**

USO: Applicare il collare della misura appropriata, secondo i protocolli in uso, verificando, come prassi, l'allineamento della colonna vertebrale. Terminata l'operazione irrigidire la struttura con la striscia di chiusura tipo VELCRO.

L'OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE ESPERTO. SE L'APPLICAZIONE DEL COLLARE NON È ESEGUITA CORRETTAMENTE SI POSSONO CAUSARE DANNI AL PAZIENTE. NELL'USO EVITARE IL CONTATTO DEL COLLARE CON LA CUTE LESA.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari. Dopo l'uso e la pulizia riporre nell'apposita custodia.
PULIZIA: Lavare con liquido battericida o con normale acqua e sapone. Pulire con molta cura per eliminare eventuali residui di sangue, grasso, ecc. Il materiale con cui è costituito il collare sopporta più lavaggi. Lasciare asciugare prima di riporre nella custodia.

Fabbricato da:

MORETTI
www.morettispa.com

Distribuito da / Distributed by:
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.**moretti**spa.com
info@**moretti**spa.com