Tel. +39 02 50 90 51 Fax +39 02 50 61 048 PEC direzione@pec.movigroup.com www.movigroup.com R.E.A.: MI 1477333 Capitale €. 7.072.000 i.v. C.F./P.IVA – VAT No: IT 11575580151 Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della LEMAR spa - Milano

SCHEDA TECNICA N° 529

NOME PRODOTTO

MATERASSO ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Materasso antidecubito formato da 8 cilindri/contenitore di TNT (poliestere 100) traspirante contenente fibra cava siliconata HCS e inseriti in una fodera in cotone verde.

Caratteristiche funzionali:

- Ha ottime prestazioni e una grande facilità d'uso.
- Può essere lavato senza alterarne caratteristiche e proprietà .
- La divisione in elementi asportabili e intercambiabili garantisce una imbottitura uniforme grazie alla quale le pressioni vengono perfettamente ripartite.
- La fibra cava è siliconata per permettere un ritorno dopo la compressione il più costante possibile nel tempo.
- I materassi sono forniti di 2 lembi di fissaggio da rimboccare al materasso standard

Dimensioni esterne:

Lunghezza 195 cm.

Larghezza 85 cm.

Spessore 20 cm. circa

N.B. disponibili dimensioni personalizzate

Sicurezza e rischi per la salute:

- Non si rilevano parti a rischio né per il paziente né per l'operatore trattandosi di prodotto imbottito.
- I materiali utilizzati non presentano rischi per la salute delle persone esposte.

Manutenzione:

Lavabile in acqua calda alla massima temperatura a 60° C. Sterilizzabile a raggi ultravioletti. E' assolutamente vietato il lavaggio con diluenti e trieline. Non centrifugare. Non stirare i cilindri di fibra cava. La fodera si può stirare solo privata dei cilindri imbottiti. Temperature di asciugatura massima a 70° per due/tre ore in ambienti ben ventilati.

Funzioni primarie:

Ausilio antidecubito idoneo all'utilizzo come sopramaterasso su letti normali. Assicura una pressione di contatto tale da limitare i rischi di decubito in soggetti a ridotta mobilità. In virtù delle sue capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovuta a movimenti del paziente. Diminuisce i rischi di attrito e forze di taglio. Assicura una permeabilità all'aria evitando i danni causati dall'occlusione capillare prolungata.

Requisiti essenziali del prodotto:

Sacche in tessuto traspirante contenente fibra con valori di drenaggio alti e costanti. Fibra cava con un idonea resilienza. Siliconata in filo per evitare l'ammassamento e mantenere costante le caratteristiche di elasticità. Divisione in cilindri per evitare spostamenti della fibra. Quantità idonea per consentire la penetrazione delle preminenze

ossee evitando il fenomeno Bottom-Out. Fodera lavabile e traspirante.

ST N° 529 REV.0 - 27/03/2017 Pagina 1 di 2

Tel. +39 02 50 90 51 Fax +39 02 50 61 048 PEC direzione@pec.movigroup.com www.movigroup.com R.E.A.: MI 1477333 Capitale €. 7.072.000 i.v. C.F./P.IVA – VAT No: IT 11575580151 Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della LEMAR spa - Milano

DESTINAZIONE D'USO

Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti a basso rischio costretti a letto per lunghi periodi.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
94009090	Materasso in fibra cava siliconata cm. 195x85 h.20 BD/RDM: 20209/R CND: Y033306

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

MOVI S.p.A. Via Dione Cassio,15 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

П

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio

ST N° 529 REV.0 - 27/03/2017 Pagina 2 di 2