

## **SEDILI PER BAGNO** **Modelli BA2-BA4-BA5-BA3-BA38-BA39-BA29-BA30**

### **Istruzioni d'uso e manutenzione**



**BA2**



**BA3**



**BA4**



**BA5**



**BA38**



**BA39**



**BA29**



**BA30**



questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata dalla Direttiva 2007/47/CE come prescritto dall'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.

### **Termigea s.r.l.**

Sede: Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI)  
TEL. +39 050 878741 - FAX +39 050 878742 – [info@termigea.it](mailto:info@termigea.it)



**Importante**



**Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle. Seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza. Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente a **Termigea s.r.l.****

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto **Termigea®**

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. AVVISI PER LA SICUREZZA</b>                                | <b>3</b> |
| <b>2. DESTINAZIONE PREVISTA</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>3. SCHEDA TECNICA</b>   | <b>3</b> |
| <b>4. ETICHETTATURA</b>  | <b>3</b> |
| <b>5. INSTALLAZIONE</b>  | <b>4</b> |
| <b>6. USO</b>  | <b>5</b> |
| <b>7. PULIZIA E MANUTENZIONE</b>                                 | <b>6</b> |
| <b>8. DEPOSITO</b>   | <b>6</b> |
| <b>9. SMALTIMENTO</b>  | <b>6</b> |
| <b>10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER IL DISPOSITIVO MEDICO</b> | <b>7</b> |
| <b>11. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA</b>                      | <b>8</b> |
| <b>12. MODULO DI RESO</b>  | <b>9</b> |

## 1. Avvisi per la sicurezza

- ☞ Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto.
- ☞ Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia.
- ☞ Usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato.
- ☞ Non effettuate modifiche o riparazioni. Se il prodotto presentasse dei difetti o danni, avvistate immediatamente il Vs. rivenditore.

## 2. Destinazione prevista

I sedili per bagno **Termigea s.r.l.** sono Dispositivi Medici da utilizzare come ausili per utenti con disabilità o inabilità, permettendo una più agevole fruizione dei servizi igienici.

**Termigea s.r.l.** declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

## 3. Schede tecniche

| Articolo                              | BA2   | BA3                         | BA4                | BA38*                         |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Struttura</b>                      | Tubolare Alluminio anodizzato diametro di cm. 2,54  |                             |                    | Tubolare Alluminio anodizzato |
| <b>Seduta</b>                         | Materiale plastico ad alta densità, con trattamento antiscivolo e con fori per il deflusso dell'acqua |                             |                    |                               |
| <b>Maniglie</b>                       | 3   | 2                           | 2                  | 3                             |
| <b>Portata massima</b>                | kg. 130   | kg. 130                     | kg. 130            | kg. 120                       |
| <b>Altezza seduta regolabile</b>      | Da cm. 35 a cm. 45  | Da cm. 43 a cm. 53          | Da cm. 39 a cm. 49 | cm. 46                        |
| <b>Ingombri seduta</b>                | cm 51(l)x31(p)  | cm 65(l)x46(p)              | cm 51(l)x31(p)     | cm 49(l)x29(p)                |
| <b>Schienale</b>                      | Fisso   | Posizionabile su due lati   | ---                | ---                           |
| <b>Altezza schienale dalla seduta</b> | cm. 36  | cm. 37                      | ---                | ---                           |
| <b>Puntali</b>                        | Gomma antiscivolo   | Gomma antiscivolo e ventosa | Gomma antiscivolo  | Gomma antiscivolo             |

| Articolo                              | BA5   | BA29**  | BA30**                        | BA39*                         |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Struttura</b>                      | Tubolare Alluminio anodizzato diametro di cm. 2,54              |   |                               | Tubolare Alluminio anodizzato |
| <b>Seduta</b>                         | Materiale plastico ad alta densità, con trattamento antiscivolo | Materiale plastico ad alta densità, con trattamento antiscivolo con fori per il deflusso dell'acqua |                               |                               |
| <b>Maniglie</b>                       | ---   | ---   | 1                             | 3                             |
| <b>Portata massima</b>                | kg. 130   | kg. 130   | kg. 130                       | kg. 120                       |
| <b>Altezza seduta</b>                 | Regolabile da cm. 39 a cm. 56                                   | Regolabile da cm. 31 a cm. 41   | Regolabile da cm. 34 a cm. 44 | cm. 46                        |
| <b>Ingombri seduta</b>                | Ø cm 32   | cm 41(l)x36(p)  | cm 41(l)x36(p)                | cm 49(l)x29(p)                |
| <b>Schienale</b>                      | ---   | ---   | Fisso                         | Fisso                         |
| <b>Altezza schienale dalla seduta</b> | ---   | ---   | cm. 36                        | cm. 36                        |
| <b>Puntali</b>                        | Gomma antiscivolo   | Gomma antiscivolo   | Gomma antiscivolo             | Gomma antiscivolo             |

\* Sedile pieghevole

\*\*Seduta con incavo

## 4. Etichettatura



## 5. Installazione

I sedili **BA38** e **BA39** vengono consegnati già montati e pronti per l'uso. Non è quindi necessario alcun attrezzo.

I sedili **BA2**, **BA3**, **BA4**, **BA5**, **BA29** e **BA30** vengono consegnati smontati. E' quindi necessario un cacciavite a croce e una chiave da 11, non forniti nella confezione.

Una volta ricevuto il sedile, e prima di usarlo, controllare che non ci siano parti danneggiate: sostituite subito eventuali parti rotte.

Per i sedili **BA2**, **BA4**, **BA5**:

- ☞ sovrapporre, orientare e fissare le gambe (strutture ad "U") come mostrato in Figura 1 utilizzando chiave e cacciavite;
- ☞ capovolgere il sedile, porvi sopra e allineare le gambe con gli alloggiamenti sul fondo del sedile
- ☞ prima di fissarle, assicurarsi che le lettere A-B-C-D siano allineate e farle coincidere con le lettere poste sul fondo del sedile;
- ☞ inserite le 4 viti più lunghe comprensive di rondelle (fornite in confezione), nei fori delle gambe, facendoli coincidere con le filettature sul fondo del sedile e serrarle completamente con il cacciavite (Figura 2). Per il modello **BA2**, dotato di schienale, inserite le 4 viti più lunghe comprensive di rondelle (fornite in confezione), nei fori del lato corto dei tubi dello schienale (strutture ad "L") prima di inserirle nei fori delle gambe, facendoli coincidere con le filettature sul fondo del sedile, e serrarle completamente con il cacciavite;
- ☞ per il modello **BA2**, dotato di schienale, inserite le 4 viti più corte comprensive di rondelle (fornite in confezione), nei fori del lato lungo dei tubi dello schienale (strutture ad "L"), facendoli coincidere con le filettature sul retro del poggiaschiena, e serrarle completamente con il cacciavite.




Figura 1




Figura 2




Figura 3

Per i sedili **BA3**:

- ☞ inserire i quattro puntali delle gambe negli alloggiamenti del sedile, premendo i perni di fissaggio.
- ☞ poggiare su un piano il sedile (A), in normale posizione di seduta come da Figura 4;
- ☞ inserire il poggia braccio (B) negli alloggiamenti del lato corto del sedile come da Figura 4, premendo contemporaneamente i perni di fissaggio;
- ☞ inserire lo schienale (D) negli alloggiamenti del lato lungo del sedile (C) come da Figura 4, premendo contemporaneamente i perni di fissaggio. Il sedile può essere fissato su entrambi i lati lunghi del sedile;
- ☞ assicurarsi che le viti dello schienale siano ben saldate nei fori dell'intelaiatura;
- ☞ assicurarsi che il poggia braccio (B) e lo schienale (D) siano saldamente fissati al sedile con i perni di fissaggio fuoriusciti dai fori di bloccaggio;




Figura 4

Per i sedili **BA29** e **BA30**:

- ☞ assemblare le due parti della struttura delle gambe, facendo coincidere i fori centrali e inserendo viti e rondelle sagomate;
- ☞ serrare viti e bullone con la chiave;
- ☞ appoggiare su un piano rialzato la seduta capovolta, capovolgere la struttura delle gambe precedentemente assemblata e posizionarla sulla seduta facendo attenzione di farla coincidere con le sagomature e i fori sulla seduta;
- ☞ posizionarvi la seduta capovolta facendo attenzione di porla sul lato opposto a quello della sagomatura del sedile e a far collimare i fori con quelli della struttura delle gambe e del sedile precedentemente allineate;
- ☞ inserire e serrare con il cacciavite le viti lunghe in dotazione.

## 6. Uso

**⚠ Avviso:** Il sedile dovrebbe ricevere una regolare manutenzione e dovrebbe essere controllato quotidianamente per operare correttamente (Sostituite immediatamente le parti usurate o rotte! Parti usurate o rotte possono causare danni al paziente).

E' consigliabile che un esperto mostri come si usa il sedile, invitandolo a ripetere più volte le operazioni necessarie sotto la sua supervisione.

La particolare forma dei puntali in gomma alla fine di ogni gamba conferisce una sicura stabilità del sedile ed evita che possa scivolare.

- ☞ Premere il fermo per regolare l'altezza, sfilando la canna di ogni gamba e portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata.
- ☞ Assicurarsi che i bottoni a pressione siano bloccati saldamente sul foro e che tutte e quattro le gambe siano regolate alla stessa altezza prima di utilizzarlo. Aprire bene il sedile e bloccarlo bene prima di utilizzarlo.
- ☞ Fare attenzione mentre si solleva il sedile per metterlo o toglierlo dalla doccia o dalla vasca.
- ☞ Per la vostra salute e il vostro comfort, accertatevi di avere una posizione corretta.
- ☞ Appoggiarsi quasi verticalmente e in modo uniforme su entrambe le maniglie per evitare un ribaltamento.

**⚠ Avviso:** NON stare mai in piedi sul sedile, né utilizzarlo come fosse uno scalino. Questo può causare cadute e carichi inadeguati.  
Usare con prudenza. Pericolo di ribaltamento! Non afferrare le maniglie con le mani bagnate. Potrebbero scivolare e perdere la presa.

## 7. Pulizia e manutenzione

Una corretta cura e manutenzione è essenziale per mantenere il sedile in buone condizioni. Oltre ad ispezionare l'unità prima di ogni uso, dovrebbero essere fatti controlli di manutenzione periodici. Nel caso pensiate che un componente o una parte non stia funzionando in maniera appropriata, contattate immediatamente il Vostro rivenditore autorizzato.

Le raccomandiamo di leggere e osservare le seguenti istruzioni:

**Serraggi:** controllare che tutte i quattro punti di appoggio (puntali) aderiscano alla superficie e le viti siano serrate.

Il sedile è fissato saldamente, tutte le parti siano presenti, si apre e si chiude agevolmente (**BA29-BA30**).

**Pulizia:** Si raccomanda una pulizia regolare. Per la struttura serve semplicemente un panno morbido, inumidito con acqua ed un detersivo non abrasivo. Con cera di automobile o lucido per mobili potrete mantenere a lungo il deambulatore.

Una disinfezione totale del sistema è da effettuarsi ad intervalli regolari o a cambio utente.

Cambiamenti colore di alcuni materiali può essere causata da particolari tipi di sudorazione, dai raggi UV, dall'usura, dal calore, dall'umidità, ed è considerata un processo naturale non coperto da garanzia.

**⚠ Avviso:** Tutte le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo, sono basate su prove affidabili, ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto.

Non raddrizzare e riutilizzare un sedile deformato. Pericolo d'incidente!

Modifiche al sedile non autorizzate o adoperare parti di ricambio non originali possono cambiare la struttura del sedile e creare condizioni di pericolo, che possono provocare seri danni ed invalidare la garanzia.

Il prodotto è soggetto a particolari sforzi che dipendono dalla qualità di utilizzo e dal peso della persona. Per questo motivo consigliamo di controllarne l'integrità con un controllo periodico ogni 3 o 4 mesi, soprattutto se viene sottoposto ad urti o a sollecitazioni non naturali per il suo utilizzo. L'azienda dopo numerosi test effettuati e la profonda esperienza nel settore considera la durata utile di questo prodotto non superiore ai 5 anni.

## 8. Deposito

Immagazzinate il deambulatore in un posto asciutto e protetto dalla polvere.

## 9. Smaltimento

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

## 10. Dichiarazione di Conformità per il Dispositivo Medico

ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata dalla Direttiva 2007/47/CE come prescritto dall'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.



La scrivente **Termigea S.r.l.** con Sede in Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI) - Italia, fabbricante del dispositivo medico denominato

### **SEDILI PER BAGNO** **Modelli BA2-BA4-BA5-BA3-BA38-BA39-BA29-BA30**

dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi di cui all'oggetto soddisfano tutti i requisiti essenziali richiesti dall'Allegato I della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE.

A tale scopo garantisce e dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. Che i dispositivi in oggetto soddisfano le disposizioni applicabili della Direttiva 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, e dei relativi recepimenti italiani.
2. Che i **dispositivi** in oggetto sono da considerarsi come **appartenenti alla Classe I** delle Direttive suddette.
3. Che i dispositivi in oggetto sono commercializzati in confezione NON STERILE.
4. Che si impegna conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo il Fascicolo Tecnico di prodotto, specificato all'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE di riferimento, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di immissione in commercio dell'ultimo lotto o matricola di dispositivi indicati.
5. Che i dispositivi sono progettati, fabbricati e posti in commercio secondo quanto dichiarato nel fascicolo tecnico di prodotto.
6. Che **Termigea S.r.l.** ha già provveduto a notificare all'Autorità Competente Italiana la messa in commercio dei dispositivi succitati. Dichiara inoltre di avere istituito e di mantenere un'idonea procedura per garantire la sorveglianza post-vendita richiesta dalla Direttiva 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, e dai relativi recepimenti italiani.

Il contenuto della presente dichiarazione di conformità viene confermato ad ogni rilascio di lotto o matricola di dispositivi indicati, prodotti a partire dal 21/03/2010.

Allegati: Copia Etichettatura / Scheda Tecnica.

Data di emissione della dichiarazione: 26/06/2012

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della marcatura di cui alla presente dichiarazione, si prega di contattare il n° telefonico +39 050 878741 o indirizzo e-mail [info@termigea.it](mailto:info@termigea.it).

In fede

**Termigea S.r.l.**

Il legale rappresentante  
Massimo Bellomini

## 11. Termini e condizioni di garanzia

### 11.1. Oggetto

Termigea S.r.l., Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI), Italia ("Termigea"), garantisce i propri prodotti contro ogni difetto di fabbricazione e contro ogni difetto di conformità a quanto espressamente previsto nel contratto di vendita e/o nelle "Istruzioni d'uso e manutenzione" del singolo prodotto.

I difetti coperti dalla presente garanzia sono esclusivamente quelli già presenti al momento della consegna del prodotto.

### 11.2. Esclusioni

La presente garanzia non copre i difetti sopravvenuti successivamente alla consegna, né i difetti già evidenti o rilevabili al momento dell'acquisto con l'uso della normale diligenza.

La presente garanzia non copre altresì i difetti derivanti da:

- ☞ normale usura;
- ☞ montaggio imperfetto o errato per mancato rispetto o non corretta esecuzione delle apposite Istruzioni.
- ☞ impropria manutenzione, non conforme alle istruzioni fornite da Termigea e allegate alla presente garanzia.
- ☞ danni o deterioramento della superficie esterna, finitura o apparenza estetica del prodotto per impropria manutenzione o lavaggio (ad. es. con alcool, solventi chimici, strumenti abrasivi o comunque in modo non conforme a quanto prescritto nelle apposite istruzioni);
- ☞ manomissioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio del prodotto;
- ☞ danni causati da colpi, urti, incidenti;
- ☞ danni causati da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzo;
- ☞ danni causati da incidenti nella fase di spedizione o trasporto, incluso lo smarrimento del prodotto.

L'acquirente non ha diritto alle prestazioni di cui alla presente garanzia nel caso in cui il prodotto sia stato riparato, modificato o alterato, a meno che tali riparazioni, modifiche e alterazioni siano state espressamente autorizzate per iscritto da Termigea.

Sono a carico dell'acquirente:

- ☞ le spese di trasporto del prodotto da/a un rivenditore autorizzato
- ☞ i costi di manodopera necessari per disinstallare il prodotto e/o sue componenti.

Non sono altresì coperti dalla presente garanzia i danni per il mancato utilizzo del prodotto durante il periodo necessario per la riparazione o la sostituzione.

Il prodotto oggetto della presente garanzia (o parti dello stesso) non sarà mai considerato "difettoso" per gli effetti della presente garanzia qualora esso (o sue parti) si discordi dai livelli qualitativi/tecnici resi standard da normativa entrata in vigore successivamente alla data di acquisto, o comunque stabiliti da normativa in qualsiasi tempo in vigore al di fuori del territorio italiano. Pertanto, eventuali adattamenti, cambiamenti o regolazioni da apportarsi per conformare il prodotto (o sue parti) a tali livelli qualitativi/tecnici non sono compresi nella presente garanzia.

### 11.3. Prestazioni oggetto della garanzia

Il prodotto riconosciuto difettoso da Termigea verrà riparato o sostituito a discrezione di Termigea a titolo gratuito entro 30 gg lavorativi (salvo ritardi imputabili ai fornitori) dalla data di ricevimento della merce. In nessun caso sarà riconosciuta all'acquirente una riduzione del prezzo d'acquisto.

L'esecuzione di qualsiasi servizio di riparazione o sostituzione in virtù della presente garanzia non costituisce ammissione o accettazione della non conformità del prodotto o della responsabilità di Termigea in merito al difetto riscontrato.

### 11.4. Procedura

Qualora l'acquirente riscontri un difetto del prodotto coperto dalla presente garanzia, per ottenere le prestazioni previste a carico di Termigea, è tenuto a restituire il prodotto difettoso al proprio negoziante.

Il prodotto difettoso dovrà essere restituito nel proprio imballaggio originale accompagnato dall'apposito "Modulo di reso" debitamente compilato e controfirmato oltre che dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto e la data d'acquisto al dettaglio.

Il materiale va spedito in porto franco (il pagamento del trasporto è a carico del mittente), salvo diversa indicazione a:  
**Termigea srl Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI).**

Termigea ha diritto di rifiutarsi di adempiere le obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni presenti sui documenti comprovanti l'acquisto sono state alterate o cancellate dopo l'acquisto da parte dell'acquirente, o mancano nel momento della richiesta della riparazione/sostituzione. Il materiale non correttamente imballato o con imballo danneggiato sarà respinto al mittente.

Qualora il prodotto di cui si chiede la riparazione o sostituzione non presenti alcun difetto, le spese di controllo, di intervento e di spedizione saranno a carico dell'acquirente.

Termigea declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti o smarrimenti della merce spedita o resa al cliente.

### 11.5. Termini

La presente garanzia copre esclusivamente i difetti manifestati entro e non oltre il termine di un (1) anno dalla data di consegna del prodotto (quale risulta dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto o dalla bolla di consegna, se posteriore). L'acquirente decade dai diritti previsti dalla presente garanzia se non denuncia il difetto del prodotto entro il termine di trenta (30) giorni dalla data in cui è stato scoperto.

### 11.6. Estensione territoriale

La presente garanzia copre i difetti dei prodotti Termigea venduti/acquistati in Italia.

### 11.7. Esclusività e prevalenza

La presente garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia, dichiarazione o impegno resi per iscritto o oralmente da Termigea, e regola per intero l'impegno di Termigea nei confronti dell'acquirente di sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul prodotto, qualora il medesimo presenti difetti coperti dalla presente garanzia.

### 11.8. Divieto di cessione

La presente garanzia viene offerta unicamente all'acquirente del prodotto e non è estensibile a terzi. I diritti dell'acquirente in virtù della presente garanzia non sono cedibili.

### 11.9. Modifiche

Nessun rivenditore, distributore, agente o dipendente di Termigea è autorizzato a modificare, estendere o ampliare le condizioni e i termini di cui alla presente garanzia.

### 11.10. Legislazione applicabile e foro di competenza

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Eventuali controversie relative all'interpretazione, validità applicazione della presente garanzia saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pisa (PI), Italia.

### 11.11. Avvertenza

Si raccomanda di effettuare tutte le procedure di installazione, uso e manutenzione seguendo scrupolosamente le istruzioni del prodotto ivi contenute.



## 12. Modulo di reso

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/Partita IVA: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Codice Prodotto: \_\_\_\_\_ N° Fattura/Scontrino \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Descrizione dettagliata del difetto / Motivo del reso  
.....  
.....  
.....  
.....

Firma leggibile del Cliente

**Riservato a Termigea srl**  
Reso n ° del \_\_\_\_\_ Firma dell'incaricato per accettazione delle condizioni di garanzia