

LETTO 2 MANOVELLE VL200

SCHEDA TECNICA

Modello VL200 cod. 90500040

Produttore Vaimas s.r.l.

Codice ISO 18.12.07.006

Tipo di Letto

Letto ortopedico a 2 manovelle

Regolabile manualmente

Telaio

Struttura

Tubo in acciaio 40x25x2

Tubo ovale 36 x 18 x 1,5 sezioni interne

Caratteristiche

VERNICIATO

Verniciatura epossidica

RAL 1015 (Beige)

Numero piani articolati **3**

Numero snodi **3**

Rete

Tipologia **a doghe elettrosaldate**

Appoggia testa

Caratteristiche schienale **Rete a doghe elettrosaldate**

Tipo regolazione **Meccanica**

Gradi max di regolazione **70°**

Appoggia gambe

Caratteristiche schienale **Rete a doghe elettrosaldate**

Tipo regolazione **Meccanica**

Gradi max di regolazione **35 °**

Regolazioni

Nr. manovelle **2**

Caratteristiche **Manovella in acciaio trafilato AVP**

Manico ribaltabile a scomparsa

Rotazione con cuscinetto reggi spinta

Fermo meccanico escursione manovella

Testiera e Pediera

Tipologia **Innesto a baionetta**

Struttura **Tubo in acciaio Ø30x1,5 mm**

Caratteristiche **VERNICIATO**

Verniciatura epossidica

RAL 1015 (Beige)

Altro

Pannello in nobilitato 836 x 300 x 15

Bordato tutti i lati in ABS 1 mm

Colore Ciliegio chiaro

VAIMAS SRL

Via Volpato ,39 36035 Marano Vicentino VI

P.I. 03224570246 tel 0445/560917 fax 0445/569420

rev 1,2

LETTO 2 MANOVELLE VL200

SCHEDA TECNICA

Dimensioni per modello 90 e modello 120 in cm

Lunghezza del letto esterna **206**

Larghezza del letto **92,5 /122**

Lunghezza della rete **200**

Larghezza della rete **90,5/120**

Altezza della rete **45**

Peso del letto **47 kg / 52 Kg**

Peso massimo sostenibile **135 kg (persona) + 65 kg accessori**
(Carico di sicurezza 2000 N pari a circa 204 kg)

Documentazione non diffusa : all.01 test secondo UNI CEI EN 60601-2-52
all 02 analisi dei rischi secondo UNI EN 14971

Accessori: sponde ribaltabili,, alzamalati a base, ad innesto, alzacoperte, asta portaflebo ,Kit Ruote d 125 x 30 con freno totale (rotazione e piroettamento)



VAIMAS SRL
Via Volpato ,39 36035 Marano Vicentino VI
P.I. 03224570246 tel 0445/560917 fax 0445/569420

rev 1,2