mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese

mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

mediland
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA

KIT KOMETA ME 500

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME 500 COMPLETO DI COMPRESSORE ME 700 CON REGOLATORE DI FLUSSO E MATERASSO KOMET PRESS A BOLLE D'ARIA.

CODICE ISO: 03.33.06.018

CODICE Nr.: 855761

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) **Nr. 12163/R (KIT)**

Compressore Kometa ME700 a pressione alternata con regolatore di flusso cod. 855782

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 Legge 266/2005 – **Nr. 991488/R**
- **Tensione e frequenza:** AC 220- 230 V / 50 Hz.
- **Potenza assorbita :** < 10W
- **Aria in uscita:** 6 lt/min.
- **Range di pressione:** 40-110 mm/Hg
- **Ciclo:** 5 minuti con materasso Komet Press "Bubble", 10 minuti con materasso "Wave" o ME 600
- **Peso apparecchio:** Kg 1,2
- **Rumorosità:** < 35 dB
- **Cavo di alimentazione:** si (3 m)
- **Dimensioni:** cm 10,5 X 22,5 X 10
- Peso Kg. 1,2

Materasso Komet Press a bolle d'aria "bubble" cod. 855357

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 321166/R (solo materasso)**
- **Materiale:** Polivinilcloruro (PVC medicale), atossico,batteriostatico, con trattamento antibatterico
- **Spessore:** 0,28 mm
- **Dimensioni:** cm 200 x 86 x 6,35 gonfiato
- **Peso:** kg 2
- **Portata massima:** Kg 100
- **Altezza cella:** cm 6,35
- **Numero celle:** 130

APPLICAZIONE: INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO RISCHIO DI DECUBITO O CON DECUBITO PERSISTENTE

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I

CE