SPONDA LETTO
Ref. AQ-11

Descrizione

Sponda per letto singola in acciaio verniciato con maniglia di appoggio in poliuretano morbido regolabile in altezza. Gambe con puntali in gomma antiscivolo regolabili in altezza. Struttura stabilizzante da inserire sotto il materasso munita di spessori in materiale plastico antiscivolo regolabile in lunghezza.

Destinazione d'uso

Ausilio per la sicurezza destinato a pazienti allettati per lunghi periodi.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☑ SI	☐ NO
Codice CND	Y181227	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1145166/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	n/a	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	☑ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico	☑ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☑ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☑ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☑ NO
Conformità a UNI EN ISO 9001:2008	☑ SI	☐ NO
Conformità a UNI CEI EN ISO 13485:2012	☑ SI	☐ NO
Sterile	☐ SI	☑ NO
Latex Free	☑ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2013	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Regolazione gambe	Da 45 a 55 cm
Regolazione altezza sponda	Da 77 a 98 cm
Regolazione lunghezza sotto il materasso	Da 86 a 114 cm
Lunghezza sponda	47 cm
Materiali struttura	Struttura Acciaio verniciato Imbottiture in Poliuretano Puntali in gomma antiscivolo

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente l'usura e la tenuta dei puntali in gomma. In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AQ-11	Sponda letto singola	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

CE

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione certificato: UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012