SCHEDA TECNICA

CE

Art. F10

Sedile girevole da vasca

Cod. ISO 09.33.03.015 D.p.c.m. 2017

Classificazione CND: **Y093399**

Numero di registrazione Repertorio Dispositivi Medici: **2257586**

Descrizione del Prodotto:

Generalità:

- Struttura realizzata in tubo di alluminio rivestito
- Sedile e schienale ergonomici realizzati in materiale plastico idrorepellente
- Seduta girevole per 180°, con meccanismo di rotazione e leva di bloccaggio ogni 90°
- Braccioli

Dotato di N.4 bracci di appoggio e sistema di ancoraggio e sicurezza regolabile in base alla larghezza della vasca.

Larghezza seduta cm 45

Distanza braccioli cm 50

Larghezza totale esterna bracci di appoggio cm 73

Superficie utile di appoggio del braccio sul bordo vasca cm 7

Portata Kg. 100

Imballo :
L'imballo per il deambulatore completo Art. F10 è composto da N°1 collo:

Controlli periodici:
Affinché il Sedile mantenga la propria efficienza e caratteristiche, occorre seguire il programma di manutenzione ordinaria con cadenza triennale presso il Fabbricante da parte di personale qualificato e autorizzato da KSP Italia.

Pulizia:	**Lavaggio**:
Eseguibile con panno inumidito con acqua e detergente neutro. Non è consentito l'uso di acidi, solventi, prodotti corrosivi e sostanze abrasive.	SI [X] NO [ ]

L' Art. F10 – Sedile per vasca da bagno:

- soddisfa tutte le disposizioni applicabili del Regolamento (EU) 2017/745 sui Dispositivi Medici.
- soddisfa i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I del Regolamento (EU) 2017/745 sui Dispositivi Medici.
- appartiene alla classe I secondo l'Allegato VIII Regolamento (UE) 2017/745;

KSP Italia srl - Via Dell'Artigianato, 1 – 06031 Bevagna (PG), Tel. 0742.361947, Fax 0742.361946

E-mail: ksp@kspitalia.com, Web: www.kspitalia.com