SISTEMA ANTIDECUBITO A BOLLE D'ARIA EASY AIR2



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	EASY AIR2 - Sistema antidecubito a bolle d'aria con compressore con regolatore di pressione Codice ISO 04.33.06.015
DESTINAZIONE D'USO	Sistema antidecubito a bolle d'aria per uso domiciliare indicato per pazienti a basso rischio di lesioni da pressione o con lesioni al I stadio. Silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima manutenzione.
CONTROINDICAZIONI/PRECAUZIONI D'USO	Sono indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito e senza fratture instabili della colonna vertebrale.

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
94131010	**SISTEMA EASY AIR2 - compressore + materasso a bolle**	135038	N.A.
94130910	MATERASSO A BOLLE H.7 cm	2252152	V080701
94130845	COMPRESSORE PER SISTEMA EASY 2	2252151	V080701

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

MOVI[M] Spa attrezzature biomediche via Dione Cassio, 15 I - 20138 MILANO - C.F./P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Tel. +39 02 50 90 51 - PEC direzione@pec.movigroup.com - Canale di ricezione: Intermediario Peppol, Codice Id. Canale: 9906:11575580151

SISTEMA ANTIDECUBITO A BOLLE D'ARIA EASY AIR2

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

SPECIFICHE TECNICHE/FUNZIONI DEL COMPRESSORE

Modalità Statica / Alternante	Il sistema funziona solamente in modalità alternante; le due serie di celle a nido d'ape funzionano gonfiando e sgonfiando alternativamente con cicli di alternanza di durata complessiva di 6 min
Tempo ciclo di alternanza	12 min
Impostazione del "Peso Paziente"	Regolazione del livello di gonfiaggio degli elementi in funzione del comfort del paziente
Rumorosità del compressore	< 36 dB
Dimensioni	26,5 x 12,5 x 10,5 cm
Peso	0,5 Kg
Materiale della scocca	ABS
Pulizia	Pulire la superficie con un panno umido morbido. Per disinfettare utilizzare soluzioni a base di ammonio quaternario. Non utilizzare soluizioni a base di Fenoli o ipercarbonati.

SPECIFICHE TECNICHE MATERASSO

Configurazione dei singoli elementi	Sistema a bolle d'aria in PVC, altezza gonfio cm 7 con lembi per rimbocco al normale materasso in uso
N° complessivo elementi ad aria	130 Kg
Altezza degli elementi al centro	7 cm
Materiale degli elementi	PVC

MOVI[M] Spa attrezzature biomediche via Dione Cassio, 15 I - 20138 MILANO - C.F./P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Tel. +39 02 50 90 51 - PEC direzione@pec.movigroup.com - Canale di ricezione: Intermediario Peppol, Codice Id. Canale: 9906:11575580151

SISTEMA ANTIDECUBITO A BOLLE D'ARIA EASY AIR2

Dimensioni Materasso (largh. x lungh. x h)	200 x 90 x 7 cm
Peso del materasso	2,5 Kg
Pulizia	Prima di effettuare interventi sul compressore scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica. Verificare regolarmente l'integrità del sistema. COMPRESSORE : Pulire l'involucro con un panno inumidito con detergente non abrasivo. Non utilizzare detergenti contenenti ipercarbonati o fenoli. Non utilizzare prodotti spray direttamente sul dispositivo ma spargere il prodotto su di un panno. Nell'effettuare queste operazioni assicuratevi che non penetrino liquidi all'interno del compressore. SOVRAMATERASSI: Si raccomanda il lavaggio a mano dei sovra materassi a una temperatura non superiore ai 40° C. Sono vietati il lavaggio in lavatrice e l'utilizzo di macchinari per l'asciugatura. Nel caso di utilizzo su pazienti diversi, provvedere sempre a pulire ed igienizzare il sistema.

SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA

Materasso sostituitvo (MR) / Sovramaterasso (OL)	OL
Portata Terapeutica	130 Kg
Smaltimento	Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati con i rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità comunali preposte allo smaltimento, che lo riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D.Lgs 151/2005. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.
Presenza / Assenza di Lattice	assente

MOVI[M] Spa attrezzature biomediche via Dione Cassio, 15 I - 20138 MILANO - C.F./P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Tel. +39 02 50 90 51 - PEC direzione@pec.movigroup.com - Canale di ricezione: Intermediario Peppol, Codice Id. Canale: 9906:11575580151