

Mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERASSO IN ESPANSO VENTILATO A SEZIONE UNICA KOMETA 40

SCHEDA TECNICA

Produttore: Mediland Srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

Descrizione: Materasso in espanso ventilato a sezione unica, ignifugo, mod. Kometa 40

Codice ISO: 03.33.06.003

Repertorio DM SSN: 1477720/R

Codice prodotto: 003005

Composizione: Il materasso è realizzato in poliuretano espanso, è flessibile e disponibile nel colore rosa.

Kometa 40 rappresenta un valido sostegno mantenendo asciutta e fresca la pelle grazie alla capacità ventilazione al suo interno.



Caratteristiche tecniche:

Dimensione: cm 195 x 85 x 14

Densità netta: 38 kg/m³ tolleranza 5% (UNI EN ISO 845 DIN 53420)

Resistenza alla compressione: kPa 5 tolleranza ± 15% (UNI EN ISO 3386 BS 4443 P1 met. 7 – DIN 53577)

Resa elastica: 46% tolleranza ± 10% (UNI EN ISO 8307 ASTM D-3574)

Carico a rottura: kPa 120 Min. (UNI EN ISO 1798 DIN 53571)

Allungamento a rottura: 230% Min. (UNI EN ISO 1798 DIN 53571)

Fatica dinamica: 28% Max (UNI 6356 Pt, 2)

Colore: rosa

Prodotto ignifugo: Classe 1M (Uno i emme) – tipo di trattamento previsto dal D.M. 26.06.1984 All. A 1.5 paragrafo 5, modificato dal D.M. 03.09.2001 - Metodo di prova UNI 9175

Unità di confezionamento: Pz. 1

Optional

- Cod. 003001 Fodera in TREVIRA®, con cerniera
- Cod. 003003 Fodera in cotone, con cerniera
- Cod.003004 Fodera in PU/PA (Poliuretano/Poliestere) ignifugo ed idrorepellente, con cerniera.

Conformità: Marchio CE Direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 – D.L. 46 del 24/02/1997. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi

