

MODELLO	I-TECH ReaCare	
DOTAZIONE: • Manipolo resistivo • Manipolo capacitivo • Elettrodi capacitivi 60 mm e 35 mm Ø • Elettrodi resistivi 60 mm e 35 mm Ø • Piastra di ritorno • Confezione crema		 CND: Z12069099 REP: 1963015/N Dispositivo medico di classe IIb

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

I-TECH ReaCare è un dispositivo medico certificato **CE0068** per trasferimento di energia capacitivo-resistiva (TECAR). È dotato di:

- ✓ Display a colori
- ✓ 24 programmi REHAB
- ✓ 10 programmi SPORT
- ✓ Modalità CUSTOM
- ✓ 10 Memorie Libere
- ✓ Potenza 160 W, frequenza 400÷600 kHz, modulazione fino a 100 Hz

PROGRAMMI REHAB

Arto fantasma	Colpo di frusta	Distorsione	Epitrocleite	Strappo muscolare
Artrosi ginocchio	Condropatia	Distrazione muscolare	LCA	Tendinite acuta
Artrosinovite	Contrattura muscolare	Dolore articolare	Linfedema	Tendinite cronica
Borsite	Contusione	Edema	Lombalgia	Tendinopatia cuffia rotatori
Cervicalgia	Stiramento muscolare	Epicondilita	Meniscopatia	

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.

PROGRAMMI SPORT				
Contrattura muscolare	Defaticamento muscolare	Ematoma	Massaggio superficiale	Stiramento muscolare
Contusione	Distorsione	Lesione tendinea	Massaggio profondo	Strappo muscolare

SK361-02

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.