

Codice	Dimensioni
<b>CO-100.900</b>	<b>50 x 70 cm</b>
<b>CO-100.901</b>	<b>70 x 100 cm</b>

### **Indicazioni**

Ausilio per la prevenzione delle piaghe da decubito nei decorsi post-operatori e per pazienti lungodegenti.

### **Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate particolari controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Il dispositivo è indicato per la prevenzione del decubito. Ciò nonostante esso non è in grado di controllare tutti i fattori che favoriscono la formazione di piaghe da decubito. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene.

A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Non adagiare il paziente a contatto del vello a pelle nuda se la zona interessata presenta già ulcere da pressione.

Può provocare allergie in soggetti predisposti.

Se si sospetta il rischio di allergie, evitare il contatto diretto con la pelle interponendo un lenzuolo tra l'epidermide ed il vello.

Evitare il contatto diretto con le vie respiratorie.

Non esporre a fiamme libere.

### **Componenti**

Vello e strato tessuto: 100% poliestere

Legatura: 100% poliestere

### **Istruzioni per la pulizia**

Lavabile a mano o in lavatrice alla temperatura massima di 60°C.

Si può candeggiare.

Si può centrifugare.

Stirare sul lato della legatura con ferro a temperatura moderata con passaggi veloci e senza sosta.

### **Garanzia**

12 mesi per difetto di fabbricazione.

**Codice nomenclatore** 03.33.06.024

**Codice CND**: Y033306

**Progressivo di registrazione**: 324373

**Produttore**      **INTERMED srl**

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE